

## Biostat MD (Fa. B. Braun)

(Baujahr: 1992)

**Grund der Aussonderung:** Defekt, technisch veraltet

### Technische Daten:

- Fermentationssteuereinheit zur Kontrolle von pH-Wert, pO<sub>2</sub>-Wert, Temperatur, Rührer
- Stellfläche: 520 x 560 x 500 mm; Gewicht 52 kg
- gedrucktes Handbuch in deutscher Sprache

### Technischer Zustand / Mängel:

- Gerät lässt sich nicht mehr starten, wahrscheinlich defektes Netzteil
- kein Kulturgefäß/Fermenter und keine Sonden mehr vorhanden

