

Liste Verkauf C3

Allgemeines		Seriennummer			Zubehör								Gebrauchsspuren	Besonderheiten / Anmerkungen
Verkaufs-Nr.	Inbetriebnahme	Display	Patientenbox	Defibrillator	Schutztasche	Kabel EKG 4-Kanal	Kabel EKG 12-Kanal	SPO2 Kabel + Sensor	CO2 Kabel	Kabel Temperatursonde	RR Manschette	Anschluss SpO2		
1.1	01.11.2008	0864244	0871297	0884190						x		11 Pin	Normal	Modul invasive RR-Messung
1.2	01.11.2008	0864298	0871321	0884201						x		11 Pin	Stark	Kein SIM-Einschub, Aufnahme Pat. Box gebrochen
1.3	01.08.2015	15601179	15701352	15800328						x		25 Pin	Stark	Modul Feedback vorhanden, Aufnahme Pat. Box gebrochen
1.4	01.11.2008	15601178	15701351	15800323						x		25 Pin	Normal	Modul Feedback vorhanden
1.5	01.11.2008	0864126	0871298	0884229	x	x	x	x	x	x	x	25 Pin	Normal	Modul CO-Messung mit Kabel + Sensor vorhanden
1.6	01.11.2008	0864031	0871299	0884230						x		11 Pin	Normal	
1.7	01.11.2008	0864245	0871319	0884197	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Normal	1x Reißverschluss defekt, Magnetdeckel Defi-Einheit fehlen
1.8	01.11.2008	0864300	0871311	0884149	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Stark	1x Reißverschluss defekt, Aufnahme Pat. Box gebrochen
1.9	01.11.2008	0864246	0871320	0884245	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Normal	
1.10	01.11.2008	0864053	0871301	0884234	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Normal	Gurt fehlt
1.11	01.11.2008	0864027	0871300	0884232	x	x	x	x	x			11 Pin	Normal	
1.12	01.11.2008	0864032	0871306	0884222	x	x	x	x	x			11 Pin	Normal	
1.13	01.11.2008	0864249	0871296	0884226	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Stark	Modul invasive RR-Messung, Aufnahme Monitor Defi gebrochen
1.14	01.11.2008	0864250	0871305	0884228	x	x	x	x	x	x	x	11 Pin	Normal	
1.15	01.11.2008	0864242	0871308	0884224	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Stark	Aufnahme Pat. Box gebrochen
1.16	01.11.2008	0864243	0871316	0884179	x	x	x	x	x			11 Pin	Normal	
1.17	01.11.2008	0864296	0871317	0883728	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Stark	Defekte: Bruch Gehäuse Pat. Box und Aufnahme Defi., Kabel Pulsoxy, Temp. Messung T2
1.18	01.11.2008	0864299	0871309	0884198	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Stark	Kratzer im Display
1.19	01.11.2008	0864289	0871315	0884231	x	x	x	x	x			11 Pin	Normal	
1.20	01.11.2008	0864287	0871314	0884109								11 Pin	Normal	Magnetdeckel Defi-Einheit fehlen
1.21	01.11.2008	0864026	0871302	0884233	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Normal	
1.22	01.11.2008	0864135	0871307	0884223	x	x	x	x	x	x		11 Pin	Normal	1x Reißverschluss defekt, Klett Rückseite defekt

Hinweise:

Alle Geräte wurden gereinigt und desinfiziert.

Die Funktionen wurden überprüft und auftretende Fehler in der Spalte "Anmerkung" beschrieben.

Alle Drucker sind funktionsfähig.

Alle Geräte verfügen über die Abdeckkappen für die CF-Geräte.

Alle Geräte haben eine gültige STK bis 09/22.

Allen Geräten liegt eine Kopie des MPG Buchs und der Wartungen bei.

Alle Geräte außer dem Gerät 1.2 verfügen über einen SIM-Einschub.