

Gerätebezeichnung - Autoklav

Hersteller : Zirbus technology

Typ: LTA 3x4x4

Baujahr: 2009

CE-Kennzeichnung: vorhanden

Maße-außen: 60 cm (B) 75cm (H) 67,5 cm (T)

Gewicht: zusammen: ca. 110 kg

Anschlüsse:

- E-Anschluss: 400 V 3-/50Hz/16A, 3P+N+PE
- VE-Wasser (demineralisiertes Wasser) < 15µS/cm, 0,5 – 2,5 bar
- Kühlwasser max. 10°dH, 2,5 – 5 bar
- Abfluss
- Schnittstelle RS 232

Technische Daten:

- zulässiger Betriebsdruck: 3,5 bar absolut
- zulässiger Betriebstemperatur 138 °C
- Nutzbares Kammervolumen: 70 Liter
- Freier Nutzraum 42 cm (B) 32 (H) 42 cm (T)
- Türverriegelung erfolgt nach DIN
- Dampfgenerator DG06 (Satt-Dampferzeuger montiert im Autoklavengehäuse, 9 kg/h)

Zubehör:

- -Bedienungsanleitung

Beschreibung des Gerätes:

Sterilisierkammer und Tür komplett aus korrosionsfreiem Edelstahl 1.4571/AISI316Ti und gemäß DGRL 97/23/EG gefertigt

Steuerung: leicht bedienbares 3,8“ Touchscreen und Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)

10 voll variable Programmplätze

Programmtyp: Festkörper – Flüssigkeiten – Abfall Feststoffe – Abfall Flüssigkeiten – Dampftopf/Pasteurisation

Sonstige Anmerkungen/Hinweise an den Bieter:

- Das Gerät wurde funktionsfähig aus dem Behördenbetrieb genommen (07/2020)
- Letzte Wartung 07/2019
- VE-Wasser wurde immer per Hand eingefüllt (oberhalb vom Gerät, VE-Wasser Anschluss nie verwendet)
- Es wurden keine Abfälle autoklaviert

Das Gerät kann vor Gebotsabgabe (Mo.-Do. von 8:00-16:00 Uhr, Fr. von 8:00-12:00 Uhr) nach Terminabsprache besichtigt werden.

Abholort: Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesallee 37
38116 Braunschweig

Ansprechpartner für Fragen:

Dr. Susanne Kersten- Telefon: 0531/580 44 152

Nicola Mickenautsch - Telefon: 0531/ 580 44 123